

znak sprawy: ZP-M-381-11/13  
znak pisma: ZP-M-381-11/13-W.4

Słupsk, dnia 15.07.2013r.

### **ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI:**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro, nr ZP-M-381-11/13 na zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku.** Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37 informuje, że w dniu 15.07.2013r. od Wykonawców napłynęły pytania dotyczące SIWZ. W trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Wykonawcy zwrócili się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

#### **PYTANIE nr 1**

**Dotyczy zadania nr 9 – fotel ginekologiczny**

- „Czy Zamawiający zgodzi się na podest nasuwany na podstawę fotela?  
Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny bez pozycji Trendelenburga?  
Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny bez pozycji Anty-Trendelenburga?  
Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość min. 800 mm?”

#### **ODPOWIEDŹ:**

***Zamawiający zgadza się na zaoferowanie fotela z podestem nasuwanym na podstawę fotela.  
Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie fotela bez pozycji Trendelenburga, Anty-Trendelenburga oraz wysokości min. 800 mm.***

#### **PYTANIE nr 2**

**Dotyczy zadania nr 6 – stół zabiegowo opatrunkowy z podkładkami na ręce**

- „Czy Zamawiający dopuści stół o bezstopniowej regulacji gazowej?  
Czy Zamawiający dopuści stół z leżem pięciosegmentowym?  
Czy Zamawiający dopuści stół bez wysuwanej misy ze stali nierdzewnej?”

#### **ODPOWIEDŹ:**

***Zamawiający zgadza się na zaoferowanie stołu o bezstopniowej regulacji gazowej oraz leżem pięciosegmentowym . Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie stołu bez wysuwanej misy ze stali nierdzewnej.***

#### **PYTANIE nr 3**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny posiadający inny procesor niż Intel – i5? Kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje tylko na jednego na jednego producenta firmę Samsung Medison, jednego dostawcę – firmę OK Medical oraz jeden model - UGEO H60”

#### **ODPOWIEDŹ:**

***Zamawiający dopuści aparat wyposażony w procesor równoważny do i5.***

#### **PYTANIE nr 4**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną dynamikę systemu 230 dB nie wyświetlaną na ekranie? Kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje tylko na jednego na jednego producenta firmę Samsung Medison, jednego dostawcę – firmę OK Medical oraz jeden model - UGEO H60.”

**ODPOWIEDŹ:**

***Zamawiający dopuści aparat o dynamice 230dB jednak wymaga by wartość dynamiki była wyświetlana na ekranie***

**PYTANIE nr 5**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny posiadający 10 calowy panel dotykowy LCD? Kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje tylko na jednego na jednego producenta firmę Samsung Medison, jednego dostawcę - firmę OK Medical oraz jeden model - UGEO H60.”

**ODPOWIEDŹ:**

***Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.***

**PYTANIE nr 6**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną częstotliwość odświeżania dla obrazu 2D powyżej 1300 Hz? Kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje tylko na jednego na jednego producenta firmę Samsung Medison, jednego dostawcę – firmę OK Medical oraz jeden model - UGEO H60.”

**ODPOWIEDŹ:**

***Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną częstotliwość odświeżania dla obrazu 2D powyżej 1300 Hz***

**PYTANIE nr 7**

„Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z wymogiem prowadzenia dokumentacji medycznej w języku polskim Zamawiający będzie wymagał menu aparatu w języku polskim?”

**ODPOWIEDŹ:**

***Zamawiający nie wymaga***

**PYTANIE nr 8**

„Czy Zamawiający dopuszcza mieszadło hematologiczne o wadze 5,1 kg ?”

**ODPOWIEDŹ:**


***TAK***

**PYTANIE nr 9**

„Czy Zamawiający dopuszcza mieszadło hematologiczne o długości rolek tocznych 280 mm ?”

**ODPOWIEDŹ:**

***NIE***

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Miejskiego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku  
  
**Maria Mazur**