

znak sprawy: ZP-M-261-36/19
znak pisma: ZP-M-261-36/19-W.3

Słupsk, dnia 19.11.2019r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr ZP-M-261-36/19 – na dostawę sprzętu medycznego IV.

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, przekazując jednocześnie ich teść wraz z odpowiedziami.

I.p.	PYTANIE	ODPOWIEDZ
1	Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.	Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z uruchomienia, montażu i szkolenia oraz dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską
2	Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA ” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.	Zamawiający nie wymaga.
3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z obciążeniem - 15 kg?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 5g< 10 kg >10g?	Zamawiający dopuszcza.

	Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.	
5	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: $2g < 6\text{ kg} > 5g$? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.	Zamawiający dopuszcza.
6	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o masie własnej razem z szalką ok. 4,8 kg? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.	Zamawiający dopuszcza.
7	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o masie własnej razem z szalką ok. 4,3 kg? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.	Zamawiający dopuszcza.
8	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę bez zdejmowanej szalki o wymiarach: 670(S) x 125(W) x 330(G) mm	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9	Czy Zamawiający dopuści wagę, gdzie ilość wypitego mleka przy karmieniu (BMIF) można realizować przy pomocy funkcji TARA ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10	Czy Zamawiający wymagać będzie wagi zasilanej bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu oferty.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Maria Mazur