

znak sprawy: ZP-M-381-14/13
znak pisma: ZP-M-381-14/13-W.2

Słupsk, dnia 22.11.2013r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro, nr ZP-M-381-14/13 Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego do zdjęć wewnątrzustnych do Zakładu Rentgenodiagnostyki SPMZOS w Słupsku. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37 informuje, że w dniu 21.11.2013r. od Wykonawcy napłynęły pytania dotyczące SIWZ. W trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Wykonawca zwrócił się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

PYTANIE nr 1

„Czy Zamawiający w punkcie 3 miał na myśli częstotliwość min. 30kHz? Prosimy o dopuszczenie aparatu, którym generator pracuje częstotliwości min. 30kHz”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga aparatu umożliwiającego pracę generatora promieni X z częstotliwością 300 kHz.

PYTANIE nr 2

„Czy Zamawiający w punkcie 3 miał na myśli wielkość ogniska maksymalnie 0,7mm?” Czy Zamawiający uzna za spełnione dostarczenie aparatu, w którym ognisko ma rozmiar 0,5 mm, które jest lepszym rozwiązaniem niż oczekiwane przez Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uzna za spełnione dostarczenie aparatu, w którym ognisko ma rozmiar 0,5 mm.

PYTANIE nr 3

„Czy Zamawiający poprzez zasięg głowicy rozumie odległość od początku ramienia zamontowanego do ściany do ogniska?”

ODPOWIEDŹ:

TAK

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku


Maria Mazur