

znak sprawy: ZP-M-381-6/15
znak pisma: ZP-M-381-6/15-W.2

Słupsk, dnia 24.06.2015r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro, nr ZP-M-381-6/15 na: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37 informuje, że w dniu 22.06.2015r. od Wykonawców napłynęły pytania dotyczące SIWZ. W trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

DOTYCZY ZADANIA nr 4

PYTANIE nr 1

„Czy zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4 – wrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania Wykonawcy, który jako potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia wykaże, że wykonał min trzy dostawy sprzętu medycznego o wartości zbliżonej z przedmiotem zamówienia. Potwierdza to doświadczenie Wykonawcy w zakresie dostaw sprzętu medycznego do placówek medycznych”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE nr 2

„Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy fotel ginekologiczny wyposażony w dostawiany metalowy stopień umożliwiający pacjentom osiągnięcie wygodnej pozycji leżącej? Jest to rozwiązanie spełniające dokładnie taka samą funkcję i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.”

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE nr 3

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z możliwością regulacji kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie od 0 do 20°? Oferowane rozwiązanie gwarantuje uzyskanie bezpiecznej pozycji pacjenta, a różnica zaledwie 5° nie będzie zauważalna w praktyce ”

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE nr 4

„Czy Zamawiający dopuści fotel z siedziskiem o wewnętrznej szerokości 57 cm i szerokości zewnętrznej (gabaryt) 74,5 cm?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 5

„Czy Zamawiający dopuści fotel z kątem przechyłu Trendelenburga wynoszącym 10°?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 6

„Czy Zamawiający wymaga, aby przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga były uzyskiwane regulacją elektryczną?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 7

„Czy Zamawiający wymaga, aby sterowanie elektrycznymi funkcjami fotela odbywało się za pomocą sterownika nożnego? Takie rozwiązanie zapewnia właściwe pod względem higienicznym przeprowadzanie badania lub zabiegu, gdyż lekarz dokonując zmiany pozycji fotela nie musi angażować rąk”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 8

„Czy Zamawiający w celu zapewnienia utrzymania fotela w odpowiedniej czystości i zapewnienia łatwej dezynfekcji wymaga, aby podstawa fotela, kolumna nośna siedziska i tylna część oparcia pleców posiadały tworzywowe osłony z tworzywa ABS?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9

„Czy Zamawiający wymaga, aby tworzywowe osłony podstawy fotela, kolumny nośnej siedziska i tylnej części oparcia pleców wykonane były z tworzywa wytworzonego z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10

„Czy Zamawiający wymaga, aby właściwości antybakteryjne tworzywa zastosowanego na osłony podstawy fotela, kolumny nośnej siedziska i tylnej części oparcia pleców były potwierdzone certyfikatem?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 11

„Czy Zamawiający wymaga, aby fotel posiadał mobilną podstawę z możliwością centralnej blokady układu jezdnego? Takie rozwiązanie znakomicie ułatwia zarówno samo utrzymanie podłogi w należytej czystości, jak i posadowienie fotela we właściwym miejscu w gabinecie ginekologicznym.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 12

„Czy Zamawiający wymaga, aby fotel posiadał bezszwową tapicerkę siedzenia i oparcia pleców? Taka tapicerka zapobiega przenikaniu ciekłych zanieczyszczeń pod tkaninę obiciową i chroni przed pojawieniem się ognisk bakterii.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 13

„Czy Zamawiający dopuści fotel, w którym rolę podpory nóg dla uzyskania pozycji siedzącej pełni wolnostojący podnóżek? Jeśli Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania, prosimy o podanie cech, funkcji i rozwiązań oczekiwanych od podpory nóg.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza w pełni wolnostojący podnóżek.

PYTANIE nr 14

„Czy Zamawiający podając wymóg „Podpora nóg dla uzyskania pozycji siedzącej” miał na myśli w świetle zapisu w parametrach wymaganych pod Lp. 4 „Podporę nóg dla uzyskania pozycji leżącej.”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 15

„Czy Zamawiający wymaga, aby siedzenie fotela i oparcie pleców posiadały po obu stronach zamontowane listwy ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 16

„Czy Zamawiający w świetle zapisu w parametrach wymaganych pod Lp. 10 dopuści równoważne rozwiązanie w postaci miski ze stali nierdzewnej montowanej w prowadnicach pod siedzeniem fotela z możliwością wysuwania i chowania miski z/pod siedzeniem?”

ODPOWIEDŹ:

Tak

DOTYCZY ZADANIA nr 6

PYTANIE nr 17

„Prosimy o dopuszczenie miernika bilirubiny zasilanego bateriami wewnętrznymi polimerowo-litowymi (ilość pomiarów po naładowaniu powyżej 100).”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z wewnętrznymi bateriami polimerowo-litowymi.

PYTANIE nr 18

„Prosimy o dopuszczenie miernika bilirubiny gdzie zakres pomiaru bilirubiny całkowitej w surowicy wynosi od 0-20 mg/Dl.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem pomiaru bilirubiny całkowitej w surowicy wynoszącym od 0-20 mg/Dl.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku


Maria Mazur