

znak sprawy: ZP-M-381-6/15
znak pisma: ZP-M-381-6/15-W.3

Słupsk, dnia 25.06.2015r.

ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro, nr ZP-M-381-6/15 na: Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37 informuje, że w dniu 23 i 24.06.2015r. od Wykonawców napłynęły pytania dotyczące SIWZ. W trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

DOTYCZY ZADANIA nr 1

PYTANIE nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem led o przekątnej 17” najnowszej generacji?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat posiadający 160 000 kanałów przetwarzania?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 3

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z głowicą conweks typu 2D o zakresie częstotliwości 1,0 do 6,0 MHz, 4 pasmami częstotliwości harmonicznej, 192 elementach o promieniu 60 mm i kącie skanowania 70 stopni?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 4

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadający algorytmu ułatwiającego ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 5

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat posiadający automatyczne (za pomocą dwóch naciśnięć klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI,PI,S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 6

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadający możliwości wprowadzenia własnych gotowych edytowanych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. Template?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 7

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości wykonania funkcji pętli zarchiwizowanych:

B :

- regulacja wzmocnienie 2D gain
- zakres dynamiki obrazu

PW-MODE :

- przesunięcie linii bazowej

Color Flow Mode

- przesunięcie Linii bazowej
- mapy koloru
- próg przejścia do analizy koloru

3D:

- regulacja wzmocnienia
- regulacja płaszczyzn x/y/z
- możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiającą dopasowanie do anatomii badanych struktur
- możliwość zmiany presetu renderingu
- możliwość wycinania nie potrzebnych struktur?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE nr 8

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw.4D) z maksymalną prędkością min 35 objętości na sekundę?”

ODPOWIEDŹ:

Nie


DOTYCZY ZADANIA nr 4

PYTANIE nr 9

„Czy zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o kącie przechyłu anty-Trendelenburga od 0-5°, spełniający pozostałe wymagania zawarte w specyfikacji?”

ODPOWIEDŹ:

Nie

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Maria Mazur
.....