

znak sprawy: ZP-M-381-22/12
znak pisma: ZP-M-381-22/12-W.5

Słupsk, dnia 18.10.2012r.

ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro, nr ZP-M-381-22/12 na zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37 informuje, że w dniu 17.10.2012r. od Wykonawcy napłynęły pytania dotyczące SIWZ. W trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Wykonawca zwrócił się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

PYTANIE nr 1

„Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat renomowanego producenta, którego maksymalna dynamika systemu wyświetlana na ekranie wynosi 180 dB?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu zgodnie z SIWZ

PYTANIE nr 2

„Zamawiający wymaga najwyższej klasy aparatu usg z kolorowym dopplerem, który posiada głowicę konweksową o szerszym niż wymagany kącie wiszenia i zakresie częstotliwości pracy 1,5-5,5 MHz?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu zgodnie z SIWZ

PYTANIE nr 3

„Dotyczy: Kardiotokograf z jedną głowicą, poz. 3 oraz 15:
Zamawiający w punkcie numer 3, jako warunek spełnienia warunków SIWZ napisał, że wydruk pracy serca płodu (inaczej zwane FHR) powinien być w zakresie 120/160 bpm, jednak w punkcie 15 Zamawiający zamieścił zapis, że zakres pomiaru FHR powinien wynosić 50-240 bpm. Powszechnie w aparatach KTG wydruk pracy serca płodu jest taki sam jak zakres rejestrowanego FHR przez urządzenie. Wynika stąd, że zamawiający najwidoczniej omyłkowo zamieścił w pozycji 3 taki parametr, dlatego zwracam się z prośbą o jego zmianę i poprawienie zakresu na 50-240 bpm.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu zgodnie z SIWZ. Zakres wydruku nie musi pokrywać się z zakresem pomiarowym.

PYTANIE nr 4

„Dotyczy: Kardiotokograf z jedną głowicą, poz. 14:

Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG, który nie posiada funkcji automatycznej analizy zapisu?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 5

„Dotyczy: Kardiotokograf z jedną głowicą, poz. 18:

Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG, który wyniki badań drukuje za pomocą wbudowanej drukarki termicznej, na powszechnie dostępnym papierze do kardiotokografów firmy PHILIPS (100x150mm), który posiada możliwość wydruku na papierze formatu A4, dzięki dołączonemu oprogramowaniu komputerowemu umożliwiającemu również elektroniczną archiwizację wykonanych badań?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu zgodnie z SIWZ

PYTANIE nr 6

„Dotyczy: Kardiotokograf z jedną głowicą, poz. 19:

Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG, który posiada wyświetlacz LCD z możliwością regulacji kąta nachylenia? Zastosowanie wyświetlacza typu LED nie ma żadnego wpływu na wartość diagnostyczną aparatu.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu zgodnie z SIWZ