



znak sprawy: ZP-M-381-8/17
znak pisma: ZP-M-381-8/17-W.2

Słupsk, dnia 07.05.2018r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro, nr ZP-M-381-9/18 – na dostawę sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku.

Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści SIWZ o następującej treści:

Pytanie: Zadanie 5 (audiometr), parametr wymagany nr 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie audiometru przenośnego, dwukanałowego, zasilanego z sieci elektrycznej poprzez bezpieczny zasilacz lub z baterii oraz sterownego z komputera poprzez port USB?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie: Zadanie 5 (audiometr), parametr wymagany nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie audiometru przenośnego wyposażonego w ekran informujący o włączeniu i statusie połączenia z komputerem?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie: Zadanie 5 (audiometr), parametr wymagany nr 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie audiometru przenośnego o maksymalnym poborze mocy 60W?, który nie wymaga do wykonania badania komputera, opisany przez Państwa audiometr o poborze mocy 10W należy wyposażyć w komputer, a zużycie energii obu urządzeń czyli audiometru komputerowego i komputera wyniesie więcej niż 60W.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie: Zadanie 5 (audiometr), parametr wymagany nr 22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie audiometru przenośnego wyposażonego w wewnętrzny zasilacz sieciowy, zasilający audiometr niskim, bezpiecznym napięciem, na wypadek gdyby zasilanie baterijne było niewystarczające?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie: Zadanie 5 (audiometr), parametr wymagany nr 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie audiometru przenośnego o wymiarach 30x23x9cm, wyposażonego w oryginalną torbę ułatwiającą przenoszenie?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie: Zadanie 5 (audiometr), parametr wymagany nr 24 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie audiometru przenośnego o wadze 1300g, bardzo lekkiego, spełniającego wymóg łatwego przenoszenia?



Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie: Dotyczy: Pakiet nr 4: Dostawa aparatu EKG . Czy Zamawiający dopuści aparaty EKG, które nie posiadają przyjmowania zleceń w standardzie HL7.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie: Dotyczy: Pakiet nr 4: Dostawa aparatu EKG Czy Zamawiający dopuści aparaty EKG, które nie posiadają możliwości współpracy z systemem mMedica?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie: Dotyczy: Dostawy/Zadanie 5, „Audiometr 1 szt.”. Czy zamawiający dopuści urządzenie bez dodatkowego zasilacza, gdyż maksymalny pobór mocy oferowanego urządzenia nie przekracza 2,5 W, tym samym zawsze wystarczy zasilanie z jednego gniazda USB 5V/0,5A? Brak konieczności użycia dodatkowego zasilacza oznacza większą wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie: Dotyczy: Dostawy/Zadanie 5, „Audiometr 1 szt.” Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 15 x 21 x 2,5 cm, gdyż taka niewielka różnica w proporcjach wymiarów jest całkowicie nieistotna z praktycznego punktu widzenia?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie: Zadanie 14 - dostawa aparatu KTG - 1szt. 1. Czy Zamawiający, mając na uwadze możliwość zaoferowania Państwu wysokiej klasy sprzęt medyczny w konkurencyjnej cenie, dopuści na zasadzie równoważności aparat KTG o następujących parametrach:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane i oceniane)
I.	Informacje ogólne
1.	Rok produkcji 2017/2018- urządzenie fabryczne nowe
2.	Model/Typ/Producent
II.	Opis parametrów
1.	Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy LED, pochylany o przekątnej ≥ 12 cali
2.	Budowa modułowa z wygodną rączką do przenoszenia aparatu

3.	Waga urządzenia bez kardiomonitora $\leq 5,5$ kg
4.	Napięcie zasilania AC 100-230 V
5.	Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne
6.	Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy monitorowaniu płodu ≥ 2 godziny
7.	Widoczny na ekranie wskaźnik naładowania akumulatora
8.	Trendy tabelaryczne i graficzne ≥ 96 godzin
9.	Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 sekundowym: 5-20 sekund i wyłączanie na stałe
10.	Alarm parametrów ≥ 300 zdarzeń
11.	Możliwość ustawienia czasu badania w zakresie od minimum 10 min. do 480 min. z krokiem co 10 min.
12.	Widoczny na ekranie wybrany czas badania i wpływający czas wybranego okresu badania po starcie monitorowania.
13.	Zakres pomiarowy FHR min. 30-250 bpm
14.	Dokładność pomiarowa FHR min. ± 1 bpm
15.	Zakres głośności tętna płodu min. 6 poziomów
26.	Zakres głośności alarmów min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe
17.	Zakres głośności FHR min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe
18.	Zakres jasności ekranu LCD min. 6 poziomów
19.	Możliwość ustawienia pauzy alarmów w zakresie 1 - 10 min i możliwość wyłączenia na stałe.
20.	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu
21.	Robocza częstotliwość fal ultradźwiękowych min. (1MHz - 3MHz) $\pm 10\%$
22.	Średnia wartość szczytowego natężenia dźwięku między impulsami $< 100 \text{ mW/c m}^2$
23.	Wskaźnik jakości sygnału
24.	Aparat wyposażony w funkcje monitorowania ciąży bliźniaczej

25.	Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy FHR
26.	Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR w przypadku monitorowania ciąży bliźniaczej.
27.	Ujednolicone gniazda oraz automatycznie identyfikowalne czujniki FHR, TOCO i FM
28.	Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego typu
29.	Wodoszczelność przetworników
30.	Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki
31.	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu matki
32.	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i TOCO
33.	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy
34.	Zakres sygnału TOCO minimum 0-100
35.	Możliwość zerowania funkcji TOCO na wartość 0, 5, 10, 15, 20
36.	Automatyczna korekcja zerowania
37.	Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie
38.	Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2,3 cm/min
39.	Szerokość papieru min. 150 mm
40.	Alarm techniczny w przypadku niedomknięcia podajnika z papierem.
41.	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4.
42.	Wprowadzanie danych pacjentki.
43.	Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez wejście USB
III.	GWARANCJA
1.	Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria(z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat.
IV.	INNE
1.	Instrukcja pisemna w języku polskim

2.	Oprogramowanie w języku polskim
3.	Wypożyczenie każdego monitora - głowica FHR - 1 szt. - głowica TOCO - 1 szt. - ręczny znacznik FM - 1 szt. - pasy do zapinania głowic - 2 szt. - żel.
4.	Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych
5.	Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja)
6.	Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu
7.	Możliwość rozbudowy o podstawę jezdnią z koszykiem na akcesoria, na czterech niezależnych, skrętnych kołach. Przynajmniej dwa koła wyposażone w hamulec

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie: ZADANIE Nr 5 dostawa audiometru. Proszę o dopuszczenie audiometru o wymiarach maksymalnych : 10,5 cm x 18 cm x 5,5 cm (szer. x gł. x wys.), zaproponowane wymiary nie wpływają na walory użytkowe sprzętu (nieznacznie przekraczają oczekiwaną wysokość audiometru). Audiometr spełnia pozostałe wymagania zawarte w SIWS w załączniku 2.5

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie: zadanie nr 7; Mała masa własna wagi ułatwia przenoszenie i jest bezpieczniejsza dla użytkownika. Czy zamawiający wymaga aby masa wagi wynosiła maksymalnie do 7 kg?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie : zadanie nr 7; Czy mając na uwadze dokładność i szybkość wykonywanych pomiarów, zamawiający wymaga aby waga miała funkcje jej regulacji w zależności od wymagań użytkownika?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie: zadanie nr 7 Wmontowane kółka transportowe pozwalają na bezwysiłkowe i proste przesuwanie wagi przy np. sprzątaniu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić. Czy zamawiający wymaga aby oferowana waga miała takie kółka?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie: zadanie nr 7. Czy zamawiający wymaga, aby waga wyposażona była w bezpieczny, lekki, aluminiowo-plastikowy wzrostomierz o zakresie pomiaru 75-200 cm i podziałką 1mm?. Zakres taki pozwala na mierzenie zarówno dorosłych jak i nawet małych dzieci w pozycji stojącej.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie: zadanie nr 7 Zamawiający oczekuje wagi wyposażonej w miernik wagowy z podświetlaniem (wyświetlacz LCD z podświetleniem). Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że taki typ LCD (Twisted Nematic) bez aktywnego podświetlenia nie pozwala odczytywać wyników w ciemnym pomieszczeniu pod kątem np. 750 (podobnie jak w zegarkach elektronicznych produkowanych w latach 80-90 tych). Jeżeli dioda podświetlenia LCD się przepali trudniej będzie również odczytywać wagę pacjenta. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści/wymaga zaoferowanie wagi z wyświetlaczem bez podświetlenia w technologii (Super Twisted Nematic)? Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z cyframi o wielkości 21mm, które widoczne są nawet pod kątem 900 oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia. Jednocześnie dopuszczenie przez zamawiającego wspomnianego powyżej parametru pozwoli zaproponować niższą cenę

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie : zadanie nr 7 Wyświetlacz z funkcją wyboru ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów. Czy zamawiający wymaga aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie: zadanie nr 9

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi noworodkowej wykonanej z mocnych, nie pękających i łatwych do utrzymania w czystości medycznych tworzyw sztucznych ABS. Szalki wykonane z tw. „ciepłego” tworzywa ABS, przy kontakcie ze skórą błyskawicznie przyjmuje temperaturę ciała. Są dodatkowo odporniejsze od polistyrenu (zadrapania, działanie środków chemicznych, itd.) oraz łatwe do dezynfekcji parowej i alkoholowej.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku


Maria Mazur