



znak sprawy: ZP-M-261-23/19
znak pisma: ZP-M-261-23/19-W.3

Słupsk, dnia 13.06.2019r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr ZP-M-261-23/19 – na dostawę sprzętu medycznego..

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że napłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, przekazując jednocześnie ich teś wraz z odpowiedziami.

Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDZ
1	dotyczy pakietu nr 6.. Czy Zamawiający dopuści Asystor z obudową ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo, wybór koloru z palety RAL? Pozostałe warunki zgodne z opisem Zamawiającego	Tak, Zamawiający dopuszcza.
2	Zadanie nr 4 - Lamy diagnostyczne bezcieniowe Czy Zamawiający dopuści wielkość palmy świetlnej 13 cm – przy odległości 1m?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
3	Zadanie nr 4 - Lamy diagnostyczne bezcieniowe Czy Zamawiający będzie wymagać lampy z 3 diodami LED o łącznej mocy diod 3 x 10W?	Tak, Zamawiający dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
4	Zadanie nr 4 - Lamy diagnostyczne bezcieniowe Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Montaż lampy przejezdnej trwa ok. 1 min. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.	Tak, Zamawiający rezygnuje dla Zadania nr 4.
5	Zadanie nr 1 – Dostawa wag Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Montaż wagi trwa ok. 2 min. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć	Tak, Zamawiający rezygnuje dla Zadania nr 1.

19	Dotyczy zadania 7, części 2: Czy wyraża państwo zgodę na zmianę wymagań dotyczących dwudrzwiowej szafy lekarskiej i dopuszczenie wysokiej klasy szafy o szerokości 900 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
20	I. Załącznik 2.1 - Część 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści wagi w których dokładność miarki wzrostomierza wynosi 5 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
21	Załącznik 2.1 - Część 1, 2 i 3 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga walidacji czy legalizacji oferowanych wag? Informujemy, że podtrzymanie wymagania walidacji oferowanych wag znacznie podniesie ich koszt w zakupie i późniejszej eksploatacji.	Zamawiający wymaga legalizacji oferowanych wag.
22	Dotyczy Wzoru umowy – załącznik nr 4. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na rezygnację z wymogu szkolenia personelu oraz montażu i uruchomienia w zakresie zadania nr 2 – dostawa kozetek lekarskich i przewijarek dla niemowląt, zadania nr 4 – lampy diagnostyczne bezcieniowe, zadania nr 7 – szafy lekarskie jedno i dwudrzwiowe. Przedmiotowe urządzenia są urządzeniami bardzo prostymi konstrukcyjnie, więc nie wymagają montażu, uruchomienia i przeszkolenia personelu z ich obsługi. Prosimy o stosowną zmianę SIWZ oraz projektu umowy.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę dla Zadania nr 2, Zadania nr 4, Zadania nr 7.
23	Dotyczy Wzoru umowy – załącznik nr 4. Prosimy o rezygnację przez Zamawiającego z obowiązku przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych co do sprzętu w zakresie zadania nr 2 – dostawa kozetek lekarskich i przewijarek dla niemowląt, zadania nr 4 – lampy diagnostyczne bezcieniowe, zadania nr 7 – szafy lekarskie jedno i dwudrzwiowe. Producent nie wymaga przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych. Utrzymanie tego wymogu doprowadzi do niezasadnego wzrostu oferowanej ceny. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz w projekcie umowy.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę dla Zadania nr 2, Zadania nr 4, Zadania nr 7.
24	Dotyczy Zadanie nr 2 część 1 Kozetki – 10 sztuk. Czy Zamawiający dopuści kozetki o maksymalnym obciążeniu stołu 150 kg, jest to parametr lepszy od wymaganego w SIWZ?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
25	PYTANIA DO ZADANIA NR 11 – APARAT EKG	Zamawiający posiada Moduł Integracji urządzeń Diagnostycznych systemu mMedica firmy Asseco.



	Pytanie 1, ad.4 . Zwracamy się z prośbą o wskazanie osoby do kontaktu ze strony dostawcy systemu mMedica firmy Asseco w celu określenia kosztów integracji oferowanego aparatu EKG z systemem ogólnoszpitalnym, a w szczególności Modułem Integracji Urządzeń Diagnostycznych?	Specyfikacja modułu znajduje się na stronie producenta: http://mmedica.asseco.pl/oferta/moduly-dodatkowe/miud-mmpacs-modul-integracji-urzaden-diagnostycznych/ ; tel. 32 7937072 lub email na adres biuro@biobyte.pl
26	PYTANIA DO ZADANIA NR 11 – APARAT EKG Pytanie 2, ad.6 Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający kolorowy ekran min. 5 cali? Jest to nieznaczna różnica od wymaganej, nie mająca wpływu na walory użytkowe aparatu.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
27	PYTANIA DO ZADANIA NR 11 – APARAT EKG Pytanie 3, ad.10 Czy Zamawiający dopuści wydruk w trybie 2, 3 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu, szerokość papieru 80mm? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż proponowany aparat posiada możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej przez port USB lub połączenie sieciowe dające większe możliwości wydruku.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
28	PYTANIA DO ZADANIA NR 11 – APARAT EKG Pytanie 4, ad.13 Czy Zamawiający dopuści prezentację na wyświetlaczu 1,2,3 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
29	PYTANIA DO ZADANIA NR 11 – APARAT EKG Pytanie 5, ad.21 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w dwa porty USB, gniazdo LAN oraz czytnik kart microSD? Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż komunikacja np. z drukarką może odbywać przez Wi-Fi lub przewodowo poprzez sieć LAN.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
30	ZADANIE NR 2. CZĘŚĆ 2 – PRZEWIJAKI DLA NIEMOWLĄT – 9 sztuk. Czy Zamawiający dopuści przewijak dla niemowląt, którego wysokość od podłoża do blatu wynosi 900 mm, natomiast wysokość całkowita wraz z bandami wynosi 980 mm. Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność przewijaka.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
31	ZADANIE NR 2. CZĘŚĆ 2 – PRZEWIJAKI DLA NIEMOWLĄT – 9 sztuk. Czy Zamawiający dopuści przewijak dla niemowląt o dopuszczalnym obciążeniu 30 kg ? Niemowlęta zazwyczaj ważą kilka do kilkunastu kilogramów, zatem zastosowanie tak dużego obciążenia nie jest konieczne, a	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	jednocześnie zwiększa ono wagę całej kozetki.	
32	ZADANIE NR 2. CZĘŚĆ 2 – PRZEWIJAKI DLA NIEMOWLĄT – 9 sztuk. Czy Zamawiający dopuści przewijak dla niemowląt wyposażony w 4 koła, w tym dwa z blokadą? Mobilny przewijak jest będzie praktycznym rozwiązaniem, niż przewijak wyposażony w stópki, jednocześnie będąc tak samo stabilnym stolikiem.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
33	ZADANIE NR 2. CZĘŚĆ 2 – PRZEWIJAKI DLA NIEMOWLĄT – 9 sztuk. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu oraz uruchomienia produktów jakim są kozetki i przewijaki dla niemowląt? Oferowane produkty zostaną dostarczone w formie złożonej, gotowej do użytku, zatem nie jest konieczne ich uruchomienie i montaż.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę dla Zadania nr 2.
34	ZADANIE NR 2. CZĘŚĆ 2 – PRZEWIJAKI DLA NIEMOWLĄT – 9 sztuk. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji w przypadku kozetek oraz przewijaków dla niemowląt? Zgodnie z oświadczeniem producenta oferowane produkty nie wymagają przeszkolenia personelu przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę dla Zadania nr 2.
35	ZADANIE NR 5 – PARAWANY LEKARSKIE STETOSKOPOWE – 6 sztuk Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska dotycząca zasłonki parawanu. Zasłonka została opisana jako wodoodporna powłoka poliuretanowa zasłony, natomiast takie zasłonki nie występują powszechnie na rynku. Czy Zamawiający miał na myśli wodoodporną powłokę poliestru? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?	Tak, Zamawiający informuje o zaistniałej omyłce pisarskiej. Prawidłowa treść poz. nr 6 w załączniku nr 2.5 to: „Wodoodporna powłoka poliestrowa zasłony parawanu”.
36	ZADANIE NR 5 – PARAWANY LEKARSKIE STETOSKOPOWE – 6 sztuk Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji w przypadku parawanów lekarskich stetoskopowych? Zgodnie z oświadczeniem producenta oferowane produkty nie wymagają przeszkolenia personelu przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę dla Zadania nr 5.
37	ZADANIE NR 5 – PARAWANY LEKARSKIE STETOSKOPOWE – 6 sztuk Prosimy o określenie jakie rodzaju są ściany, na	Zamawiający odstępuje od konieczności montażu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 5.

	których miałyby być montowane parawany? Czy są to ściany murowane czy kartonowo-gipsowe? Jeśli ściany są kartonowo-gipsowe to jakie posiadają wzmocnienia.	
38	SIWZ Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. W rozdziale 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 3.5 widnieje zapis o możliwości składania ofert częściowych, natomiast w rozdziale 18 SIWZ OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA widnieje zapis o braku możliwości składania ofert częściowych. Dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania umożliwi przedstawienie oferty również producentom, nie tylko firmom handlowym, co wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.	Zamawiający uważa za wiążący zapis w rozdziale 3 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 3.5 „Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Ofertę można złożyć na dowolną liczbę zadań”; nieograniczający konkurencyjności prowadzonego postępowania.
39	Zadanie 1 część 1,2,3 Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez osoby do tego przeszkoloną przez producenta daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne. Personel wie jak obsługiwać i dbać o przedmiot zamówienia. Takie rozwiązanie nie wpływa na wycenę produktu jak często sugeruje polski dystrybutor Chińskich wag medycznych w zadawanych przez siebie pytaniach do postępowań przetargowych. Czy w związku z powyższym, zamawiający wymaga takiego szkolenia, instalacji w każdym miejscu dostawy?	Nie, Zamawiający nie wymaga.
40	Zadanie 1 część 1,2 Mała masa własna wagi ułatwia przenoszenie i jest bezpieczniejsza dla użytkownika. Czy zamawiający wymaga aby masa wagi wynosiła 6,9 kg?	Nie, Zamawiający nie wymaga.
41	Zadanie 1 część 1,2 Wyświetlacz z funkcją wybory ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów. Czy zamawiający wymaga aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala? Funkcja ta nie podnosi ceny wagi a wynika z innowacyjnego rozwiązania konstrukcyjnego.	Nie, Zamawiający nie wymaga.
42	Zadanie 1 część 3 . Szalki wag niemowlęcych	Tak, Zamawiający dopuszcza.

	wykonane z tzn. „ciepłego” tworzywa ABS, przy kontakcie ze skórą błyskawicznie przyjmuje temperaturę ciała. Są dodatkowo odporniejsze od innych materiałów (zadrapania, działanie środków chemicznych, itd.) oraz łatwe do dezynfekcji parowej i alkoholowej. Czy w związku z powyższych zamawiający dopuści aby szalka wykonana była z tworzywa ABS ?	
43	Zadanie 1 część 3. Dzięki zdejmowanej szalce waga posiada dwie funkcje, praktyczniejsze dla większej ilości pacjentów. Zdejmowana szalka jest prosta w dezynfekcji. Czy zamawiający dopuści aby waga posiadała funkcje ważenie dzieci leżących i stojących?	Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.
44	Zadanie 1 . Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi zasilanej bateryjnie. Proponowane urządzenie jest tańsze w cenie zakupu, jest energooszczędne i na jednym zestawie baterii AA „paluszków” (dostarczanych w zestawie) wykonuje około 10 tys ważeń = ok 70h pracy. Rozwiązanie takie pozwala na dowolne ustawienie wagi, bez względu na dostęp do źródła zasilania elektrycznego i zapobiega „wrywaniu” wtyczki i tym samym uszkodzenia elektroniki przy nieostrożnym ruszaniu wagą z miejsca jej ładowania.	Tak, Zamawiający dopuszcza.
45	Zadanie 1 część 1 i 2. Zamawiający dopuści wagę wyposażoną w miernik wagowy z podświetlaniem (wyświetlacz LCD z podświetleniem). Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że taki typ LCD (Twisted Nematic) bez aktywnego podświetlenia nie pozwala odczytywać wyników w ciemnym pomieszczeniu pod kątem np. 750 (podobnie jak w zegarkach elektronicznych produkowanych w latach 80-90 tych). Jeżeli dioda podświetlenia LCD się przepali trudniej będzie również odczytywać wagę pacjenta. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści/wymaga zaoferowanie wagi z wyświetlaczem bez podświetlenia w technologii (Super Twisted Nematic)? Wagi oferowane z takim	Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.



	wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z cyframi o wielkości 21mm, które widoczne są nawet pod kątem 900 oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia. Jednocześnie dopuszczenie przez zamawiającego wspomnianego powyżej parametru pozwoli zaproponować niższą cenę	
46	Zadanie 1 część 1 i 2 Proponowana waga posiada podgumowane stopki zapewniające bezpieczne użytkowanie. Dodatkowe kółka transportowe pozwalają na proste przesuwanie wagi np. przy sprzątaniu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić. Jednocześnie kółka nie wpływają na bezpieczne użytkowanie wagi jak często w zadawanych pytaniach sugeruje polski dystrybutor Chiński wag wprowadzając zamawiającego w błąd. Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga aby oferowana waga miała takie kółka?	Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są wiążące m.in. podczas przygotowywania ofert w niniejszym postępowaniu oraz podpisywania umów.

II. MODYFIKACJA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że postanawia zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

1. SIWZ, pkt. 11.1. Nowa, prawidłowa treść:

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 37, 76-200 SŁUPSK (sekretariat – pok.407, III piętro) w terminie **do dnia 18.06.2019 roku, do godz. 10.00.**

3. SIWZ, pkt. 11.3. Miejsce i termin składania ofert. Nowa, prawidłowa treść:

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. Tuwima 37 (sekretariat – pok.407, III piętro) **w dniu 18.06.2019 roku o godz. 10.15.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Maria Mazur